



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie<sup>®</sup>**  
**ul. Szpitalna 10, 64 - 400 Międzychód**

NIP: 595-13-40-382      REGON: 000310249      KRS: 0000005301  
Sekretariat: tel./fax 95 748 27 11      Centrala: tel. 95 748 20 11  
e-mail: spzozmiedzychod@spzoz-miedzychod.com.pl      e-mail: 3000310@zoz.org.pl  
[www.spzoz-miedzychod.com.pl](http://www.spzoz-miedzychod.com.pl)

Międzychód, dnia 01.03.2011r.

AG/ZP – 02/2011

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ**

*w postępowaniu przetargowym  
na sukcesywną dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku  
oraz materiałów do sterylizacji i materiałów z włókny (AG/ZP-02/2011)*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie informuje, iż w związku z pojawiającymi się zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia się co następuje:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuści rurki ustno-gardłowe o następujących rozmiarach:

Nr.000-3,5cm

Nr.00-5 cm

Nr.0-5,5 cm

Nr.1-6,5 cm

Nr.2-8 cm

Nr.3-9 cm

Nr.4-10 cm

Nr.5-11 cm.

Jeśli tak prosimy o podanie ilości każdej pozycji.

**W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuści przewód tlenowy do maski dla dzieci o długości 1,8m, a w maskach dla dorosłych o długości 210 cm?

**W odpowiedzi na pytanie: W maskach dla dzieci NIE, w maskach dla dorosłych TAK.**

**Pytanie nr 3**

Zgodnie z Dyrektywą Dotyczącą Urządzeń Medycznych 93/42/EWG, która obowiązuje w Polsce, maski tlenowe znajdują się w klasie IIa, a więc są zaklasyfikowane do nieinwazyjnych wyrobów medycznych i w związku z tym nie muszą być sterylne. Czy Zamawiający zgodnie z Dyrektywą dopuści w pakiecie 45, poz. 1, 2 maski tlenowe w wersji mikrobiologicznie czystej?

**W odpowiedzi na pytanie: TAK**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 49, poz. 3, 4 maski twarzowe odpowiednio wyprofilowane oznakowane kolorystycznie bez zaworu, a jeżeli nie to czy Zamawiający dopuści maski twarzowe z pompowanym mankietem i zaworem bez kodu kolorystycznego?

**W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 5**

Czy w pakiecie 49, poz. 5-8 Zamawiający dopuści oznaczenie maksymalnej objętości wypełnienia mankieta maski krtaniowej na rurce?

**W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 6**

**Pakiet 27, Poz. 2:**-Czy Zamawiający dopuści serwetę z wycięciem w kształcie litery U w rozmiarze 320 x 180cm i z przyłpccem 1szt.? Pozostałe parametry zestawu zgodne z parametrami w SIWZ.

**W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 7**

**Pakiet 27, Poz. 4,5:** -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów zgodnych z normą PN EN 13795 – 1,2,3 posiadających rękawy wykończone mankietem poliesterowym?

**W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 8**

**Pakiet 27, Poz. 6:**-Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej nazywając zestaw w w/w pozycji i czy nie powinien on nosić nazwy „Zestaw do operacji ginekologicznych”?

**W odpowiedzi na pytanie: Tak. Zaistniała pomyłka powinien nosić nazwę „zestaw do operacji ginekologicznych”**

**Pytanie nr 9**

**Pakiet 27, Poz. 6:**-Czy Zamawiający dopuści pokrowce na kończyny w rozmiarze 120 x 60cm? Pozostałe składowe zestawu zgodne z SIWZ?

**W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.**

Strona 1 z 3



**Pytanie nr 10**

**Pakiet 27, poz. 7:**-Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej nazywając zestaw w w/w pozycji i czy nie powinien on nosić nazwy „Zestaw do cięcia cesarskiego”?

*W odpowiedzi na pytanie: Tak. Zaistniała pomyłka powinien nosić nazwę „zestaw do cięcia cesarskiego”*

**Pytanie nr 11**

**Pakiet 27, poz.7:**-Czy Zamawiający dopuści kocyk flanelowy w rozmiarze 160 x 75cm oraz serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 145 x 85cm?

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie nr 12**

**Pakiet 30, poz. 1-10:**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji do odrębnego pakietu, co pozwoliłoby na złożenie konkurencyjnie cenowo oferty?

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie nr 13**

**Pakiet 18, poz. 15-18:**-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji do odrębnego pakietu, co pozwoliłoby na złożenie konkurencyjnie cenowo oferty?

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie nr 14**

**Pakiet 1, pozycja 1-4:**Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kontrastującym tłokiem, ze skalą w kolorze niebieskim, z przedłożoną skalą

2 ml – do 2,5 ml

5 ml – do 5,6 ml

10 ml – do 12 ml

20 ml – do 23 ml ?

Opis przedmiotu zamówienia wskazuje tylko na jednego producenta tj. firmę Braun.

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie nr 15**

**Pakiet 1, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie = 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie nr 16**

**Pakiet 7, pozycja 6:**Czy Zamawiający dopuści rurki nr 2 – 80 mm lub nr 3 – 90 mm ?

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie nr 17**

**Pakiet 7, pozycja 7:**Czy Zamawiający dopuści rurki nr 3 – 90 mm lub nr 4 – 100 mm ?

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie nr 18**

**Pakiet 7, pozycja 8:**Czy Zamawiający dopuści rurki nr 4 – 100 mm lub nr 5 – 110 mm ?

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie nr 19**

**Pakiet 10, pozycja 8-16:**Czy Zamawiający dopuści cewniki podwójnie pakowane w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier?

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie nr 20**

**Pakiet 10, pozycja 36-37:**Czy Zamawiający dopuści cewniki o dł. 1200 mm?

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie nr 21**

**Pakiet 11, pozycja 1-2:**Czy Zamawiający dopuści cewniki o dł. 230 cm ?

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie nr 22**

**Pakiet 15, pozycja 21:**Czy Zamawiający dopuści koc o wymiarach 240x160 cm?

*W odpowiedzi na pytanie: TAK*

**Pytanie nr 23**

**Pakiet 15, pozycja 22:**Czy Zamawiający dopuści okulary 20-28 cm ?

*W odpowiedzi na pytanie: TAK*

**Pytanie nr 24**

11) **Pakiet 15, pozycja 23**

Czy Zamawiający dopuści okulary 30-38 cm ?

*W odpowiedzi na pytanie: TAK*

**Pytanie nr 25**

**Pakiet 16, pozycja 2:**Czy Zamawiający dopuści myjkę rękawicę o wymiarach 16cm x 25cm x 5mm ?

*W odpowiedzi na pytanie: TAK*

**Pytanie nr 26**

**Pakiet 45, pozycja 1-2:**Czy Zamawiający dopuści maski z drenem o dł. 210 cm?

*W odpowiedzi na pytanie: TAK*

**Pytanie nr 27**

**Pakiet 45, pozycja 5:**Czy Zamawiający dopuści przewód o dł. 210 cm?

*W odpowiedzi na pytanie: TAK*

**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 31 poz. 55-58** dopuści możliwość zaferowania wkrętów do kostek z częściowym gwintem zamiast z pełnym?

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie nr 29**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 31 poz. 62** dopuści możliwość zaferowania płytki rynnowej 1/3 zamiast ½ rurki?

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie nr 30**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 31 poz. 63, 65-67** dopuści możliwość zaferowania płytki rynnowej 12x1 mm zamiast 13x1 mm?

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie nr 31**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 31 poz. 64** dopuści możliwość zaferowania płytki rynnowej 1/3 rurki o długości L-87 mm?

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie nr 32**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 31 poz. 69** dopuści możliwość zaferowania płytki rynnowej 10x1 mm zamiast 13x1 mm?

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie nr 33**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 31 poz. 70** dopuści możliwość zaferowania płytki rynnowej 9x1 mm o długości L-61 mm?

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie nr 34**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 31 poz. 71** dopuści możliwość zaferowania płytki rynnowej długości L-103 mm?

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie nr 35**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 31 poz. 81** dopuści możliwość zaferowania płytki szerokiej z 18 otworami o długości L-295 mm?

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie nr 36**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 31 poz. 90** dopuści możliwość zaferowania płytki T 3x6 otworowej, długość L-77 mm, szerokość 24 mm?

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie nr 37**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 31 poz. 91** dopuści możliwość zaferowania płytki T 4x6 otworowej, długość L-78 mm, szerokość 30 mm?

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie nr 38**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z 10% na 0,5% wartości niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki od przekazanego zamówienia?

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*

**Pytanie nr 39**

Dotyczy wzoru umowy: paragraf 5. ustęp 2.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany towaru wadliwego na pełnowartościowy do 48 godzin w dni robocze?

*W odpowiedzi na pytanie: Patrz odpowiedź na pytanie 143 z dnia 25.02.2011r.*

**Pytanie nr 40**

Dotyczy wzoru umowy: paragraf 6. ustęp 1A): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za niedotrzymanie terminu dostawy do 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy. Kara umowna w wysokości 10% za każdy dzień zwłoki jest rażąco wysoka

*W odpowiedzi na pytanie: NIE. Zgodnie z SIWZ.*