



Międzychód, dnia 05-12-2011

.....
.....
.....
.....

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych do laboratorium medycznego - nr sprawy AG/ZP – 11/2011.

Do SPZOZ w Międzychodzie /Zamawiający/ wpłynęły zapytania dotyczące ww przetargu.

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 2, poz. 2 wymaga testu o najwyższej czułości 10 ng/ml?
2. **Dotyczy pakietu 3:** 1/Czy Zamawiający wyraża zgodę na odczynnik do PT w fiolkach max. 10 ml? 2/Czy Zamawiający wymaga, aby odczynnik do APTT posiadał wyznaczony przez producenta odczynników średni czas prawidłowy na użytkowany aparat? 3/Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie warunku wyznaczonego *ISI, średniego czasu prawidłowego, krzywej kalibracyjnej, wartości kontrolnych* dla materiału kontrolnego było potwierdzone przez producenta odczynników oświadczeniem, że wyznacza w/w parametry na użytkowany aparat? Oświadczenie to jednoznacznie pozwoli określić, czy odczynniki zaoferowane przez wykonawców spełniają oczekiwania Zamawiającego. 4/Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby przy wycenie zaokrąślać do pełnych oferowanych opakowań handlowych?
3. **Dotyczy pakietu nr 6:** Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania odczynników do badań metodą manualną na spektrofotometrze czy metodą automatyczną na PRESTIGE24?
4. **Dotyczy pakietu nr 8:** 1/Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków z terminem ważności min. 12 m-cy? 2/Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opakowania typu bleaster i wyrazi zgodę na opakowania fiolek z krążkami inne niż zgrzewane, ale które również będą zamknięte hermetycznie i będą zabezpieczone przed wilgocią? Opakowanie typu bleaster nieumożliwia ponownego szczelnego zamknięcia rurki po otwarciu opakowania, co przyczynia się do szybszego rozkładu antybiotyków zawartych w krążkach.
5. **Dotyczy pakietu nr 15:** 1/Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w poz. 2, gdzie odczynnik latkesowy występuje w ilości 5ml, a kontrola w ilości 1ml? 2/Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 11 testu w opakowaniu po 20 oznaczeń z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań wg zapotrzebowania Zamawiającego? 3/Czy Zamawiający wyrazi zgodę by pożywki gotowe na płytkach można było przechowywać w temperaturze 2-8°C? Jest to standardowa temperatura przechowywania podłoży gotowych stosowana przez większość producentów podłoży mikrobiologicznych. Podłoża przechowywane w warunkach chłodniczych charakteryzują się dłuższą trwałością i gwarancją dobrej jakości.

6. **Dotyczy pakietu nr 18:** Czy Zamawiający w poz. 7 wymaga zaoferowania czystej substancji w postaci chlorku sodu czy podłoża z chlorkiem sodu (proszę o doprecyzowanie jakie to ma być podłoże)?

Odpowiedź:

Ad. 1. Tak

Ad. 2. pkt 1 Nie /max 5ml/

pkt 2 Tak

pkt 3 Tak

pkt 4 Zgodnie z zapisem – patrz na stronie *Formularz Asortymentowo-Cenowy* oraz *Instrukcja wypełniania Załącznika nr 2...*

Ad. 3. Odczynniki do badań metodą manualną na spektrofotometrze. Dodatkowo oferent winien oświadczyć, że posiada na w/w odczynniki aplikacje do analizatora Prestige 24i.

Ad. 4 pkt 1. Nie

pkt 2. Nie

Ad. 5 pkt 1. Nie

pkt 2. Nie

pkt 3. Nie

Ad. 6. Sodu chlorek cz.d.a. /czysta substancja/