



Międzychód, dnia 2019-07-26

AG/ZP – 04/2019

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ
w postępowaniu przetargowym
na zakup ambulansu (karetki) typu C
na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ Międzychód
(AG/ZP-04/2019)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie informuje, iż w związku z pojawiającymi się zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia się co następuje:

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne doprecyzowanie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej w pkt. 3 tj. Respirator transportowy. Zamawiający w szczegółowym opisie urządzenia dwukrotnie wymaga:

"układ oddechowy pacjenta wielorazowy – min. 2 szt. oraz min. 10 szt. układów oddechowych jednorazowych".

Prosimy o jednoznaczne określenie ile i jakich układów pacjenta wymaga Zamawiający. Czy mają to być 2 układy wielorazowe czy 10 układów jednorazowych ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga dwóch układów wielorazowych.

Pytanie 2

Z uwagi na niską wartość przedmiotu zamówienia, prosimy o rezygnację z wymogu wniesienia wadium.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy eksploatacji: prosimy o podanie szacunkowego zakładanego przebiegu rocznego.

W odpowiedzi na pytanie: szacunkowo 40.000 km/rok.

Pytanie 4

Dotyczy referencji – prosimy o dopuszczenie np. jednej referencji ale na dostawę min. 3 sztuk ambulansów jednorazowo.

W odpowiedzi na pytanie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy załącznik nr 7 pkt.I.10 – prosimy o podanie marki i modelu deski ortopedycznej jaka będzie przewożona w ambulansie.

W odpowiedzi na pytanie: Deska ortopedyczna Iron Duck 16" kompletna z pasami i stabilizatorem głowy.

Pytanie 6

Dotyczy załącznik nr 7 pkt.I.10 – prosimy o podanie marki i modelu noszy podbierających jakie będą przewożone w ambulansie.

W odpowiedzi na pytanie: Nosze podbierakowe MEBER 10G proof.

Pytanie 7

Dotyczy załącznik nr 7 pkt.IX.5 – prosimy o dopuszczenie montażu głośnika za grillem (atrapą przednią), w celu łatwiejszego serwisowania. Umieszczenie głośnika w tym miejscu nie ma wpływu na słyszalność przed pojazdem.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 8

Dotyczy załącznik nr 7 pkt.X.1 – prosimy o potwierdzenie, iż radiotelefon przewoźny nie jest przedmiotem postępowania, a jedynie instalacja antenowa oraz uchwyt.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający potwierdza, że radiotelefon przewoźny nie jest przedmiotem postępowania, jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść niniejszego punktu było: MOTOROLA DP3601 winno być: MOTOROLA DM3601.

Pytanie 9

Dotyczy załącznik nr 7 pkt.X.3 – prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca ma dostarczyć dwie stacje do tabletu „GETAC F110...” – jedną zamontowaną, a drugą luzem. W razie złej interpretacji Wykonawcy prosimy o doprecyzowanie.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający potwierdza, Wykonawca ma dostarczyć dwie stacje jedną luzem a drugą zamontowaną w aucie – do tabletu „GETAC F110.”

Pytanie 10

Dotyczy załącznik nr 7 pkt.X.3 – prosimy o podanie marki i modelu drukarki na jaką Wykonawca ma przygotować uchwyt.

W odpowiedzi na pytanie: Brother drukarka termiczna przenośna PJ-762 A4 mono.

Pytanie 11

Dotyczy załącznik nr 7 pkt.X.4 – prosimy o podanie marki i modelu modułu GPS jaki będzie użytkowany w ambulansie.

W odpowiedzi na pytanie: Model GPS – TELTONIKA FM6300.

Pytanie 12

Dotyczy załącznik nr 7 pkt. XI pkt. 3 oraz 4. Prosimy o doprecyzowanie czy przeglądy okresowe samochodu, adaptacji oraz sprzętu medycznego mają być wliczone w cenę oferty i podnieść jej wartość czy nie. Te dwa punkty są niespójne, a także załącznik nr 8.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie może wskazać sposobu kalkulacji oferty Wykonawcy uwzględniającej oferowany okres gwarancji. Zamawiający wykreśla z załącznika nr 7 XI pkt. 4 z jednoczesną zmianą numeracji punktu 5 i 6 (na 4 i 5)

Pytanie 13

Dotyczy pytania wyżej – prosimy o potwierdzenie, iż jeżeli Zamawiający wymaga przeglądów to ma to być tzw. pakiet serwisowy danego producenta, a nie zaświadczenie na zasadzie polisy ubezpieczeniowej.

W odpowiedzi na pytanie: Tak, Zamawiający wymaga przeglądów tzn. pakiet serwisowy danego producenta

Pytanie 14

Dotyczy umowy paragraf 4 punkt 5 – prosimy o wykreślenie tego punktu z powodu nie możliwości spełnia jego zapisów. Usuwaniu awarii np. noszy nie ma wpływu na przedłużenie gwarancji samochodu bazowego i na odwrót. Gwarancja ulega przedłużeniu tylko na części które zostały wymienione na nowe.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający doprecyzowując wyjaśnia: gwarancja ulega przedłużeniu na konkretny sprzęt, który uległ awarii.

Pytanie 15

Dotyczy umowy – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia w ciągu 30 dni od podpisania protokołu odbioru.

W odpowiedzi na pytanie: Patrz SIWZ załącznik nr 1 Formularz ofertowy pkt. Oferowany termin płatności

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny ma długość 3,10 m, szerokość 1,73 m oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą PN EN 1789 i wymogiem NFZ dla ambulansu typu C ?

W odpowiedzi na pytanie: Jak w SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu z fabryczną automatyczną klimatyzacją kabiny kierowcy typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę ?

W odpowiedzi na pytanie: Jak w SIWZ.

Pytanie 18


Czy Zamawiający dopuszcza obrotowy fotel na przegrodzie bez funkcji przesuwu umożliwiając bezproblemowe przejście do przedziału pacjenta ?

W odpowiedzi na pytanie: Jak w SIWZ.

Zamawiający przesuwu termin składania i otwarcia ofert na 31 lipca 2019r.

Godzina składania 14:00 natomiast otwarcia 14:30

Miejsce składania pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
SPZOZ Miedzychód

mgr Radosław Grobelny⁽¹⁾