



Międzychód, dnia 15.11.2019r.

AG/ZP-08/2019

ZAPYTANIA DO SIWZ

w postępowaniu przetargowym dotyczącym
**DOSTAWA WIEŻY ENDOSKOPOWEJ Z WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY PRACOWNI
ENDOSKOPOWEJ
SPZOZ MIĘDZYCHÓD**
(Nr sprawy: AG/ZP-08/19)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie informuje, iż w związku z otrzymanymi zapytaniami do przedmiotowego postępowania przetargowego - działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia co następuje:

Pytanie wniesione w ustawowym terminie

Pytanie 1

Proszę o wykreślenie z rozdziału III pkt 2 SIWZ fragmentu „do okazania na wezwanie Zamawiającego”. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy p.z.p. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. pod warunkiem uprzedniego określenia w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu wymogu przedłożenia przez Wykonawcę tych dokumentów. Zamawiający nie zaznaczył ani w SIWZ ani w ogłoszeniu, że będzie takich dokumentów żądał.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z siwz. Zamawiający nie wskazał przedmiotowego dokumentu w rozdziale VI siwz, jako dokumentu, o który Zamawiający będzie wzywał w myśl art. 26 ust. 2 ustawy p.z.p. na etapie weryfikacji ofert.

Pytanie 2

W przypadku odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie proszę o potwierdzenie, że do przedłożenia dokumentów, o którym mowa w rozdziale III pkt 2 SIWZ Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, a Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy p.z.p. będzie obowiązany do przedłożenia tych dokumentów w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania. Proszę także o odpowiednią modyfikację ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, gdyż Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, jeśli wskazał te dokumenty w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

W odpowiedzi na pytanie: Patrz odp. na pyt. 1

Pytanie 3

Proszę o powołanie się w rozdziale II pkt 2, rozdziale XVII, rozdziale XVIII pkt. 5 SIWZ na aktualny tekst jednolity ustawy p.z.p., czyli – „tekst jedn. z 2019 Dz. U. 2019 poz. 1843).

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający niniejszym modyfikuje treść siwz w następujący sposób: każde przywołanie tekstu jednolitego ustawy prawa zamówień publicznych w siwz zmienia się na:

Tekst jednolity: z 2019 Dz.U. 2019 poz. 1843

Pytanie 4

Proszę o powołanie się w rozdziale VI, pkt 5 SIWZ na aktualny numer Dziennika Ustaw dla ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający niniejszym modyfikuje treść siwz w następujący sposób: każde przywołanie Dziennika Ustaw dla ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zmienia się na: tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.

Pytanie 5

Proszę o powołanie się w rozdziale VI, pkt 18 SIWZ na aktualny numer Dziennika Ustaw dla ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający niniejszym modyfikuje treść siwz w następujący sposób: każde przywołanie Dziennika Ustaw dla ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zmienia się na: tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.

Pytanie 6

Proszę o zmianę rozdziału V pkt 2 lit. a SIWZ. W punkcie tym Zamawiający wskazał, że w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej Wykonawca powinien przedłożyć wykaz dostaw oraz referencje. Wykaz dostaw oraz referencje potwierdzające ich należyte wykonanie są dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, a nie warunku posiadania kompetencji i uprawnień. Warunek w zakresie kompetencji i uprawnień stawia się, jak sam Zamawiający słusznie wskazał w rozdziale V pkt 2 lit. a, w sytuacji gdy konieczność posiadania przez Wykonawcę uprawnień i kompetencji wynika z odrębnych przepisów. Wiedza i doświadczenia nie wynikają z przepisów prawnych, zatem proszę o wykreślenie z rozdziału V pkt 2 lit. a SIWZ zapisu: „oraz dokumentów wymienionych w rozdziale VI pkt 4” oraz dodanie go do rozdziału V pkt 2 lit. c”.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z siwz

Pytanie 7

Proszę o wykreślenie z sekcji III.6 ogłoszenia o zamówieniu zapisu dotyczącego wykazu dostaw oraz dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie oraz dodanie tego zapisu do sekcji III.1.3. ogłoszenia o zamówieniu. Proszę także o wykreślenie z sekcji III.1.1. i sekcji III.1.2. zapisu: „oraz dokumentów wymienionych w rozdziale VI pkt 4. Wykaz dostaw i m.in. referencje nie są dokumentami potwierdzającymi okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ani dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej czy spełnianie warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Dokumenty te są składane w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z siwz

Pytanie 8

Prosimy o dokonanie modyfikacji rozdziału VI pkt 4 SIWZ poprzez zastąpienie zapisu: „Zamawiający oczekuje nie mniej niż 3 referencje dotyczące dostawy zestawów endoskopowych wraz z wyposażeniem medycznym – potwierdzające należyte wykonaną dostawę” zapisem: „Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należyte wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 dostawy sprzętu medycznego”. Obecna treść warunku w sposób nieuzasadniony ogranicza konkurencję. Zamawiający wymaga od Wykonawców doświadczenia tożsamego z przedmiotem zamówienia, co stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. Podkreślamy, że na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. nowelizującej u. p.z.p. usunięty został dotychczasowy przepis art. 22 ust. 4, zawierający wymóg, aby opis sposobu dokonania oceny spełnia warunków był związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Zamiast niego do art. 22 wprowadzono nowy ust. 1a, zgodnie z którym zamawiający ma obowiązek określać warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Już pobieżna analiza 22 ust. 1a ustawy PZP pozwala wywnioskować, iż ustawodawca dał zamawiającym wskazówkę jak należy interpretować zasadę proporcjonalności, nakazując, by warunki udziału w postępowaniu zostały wyrażone jako minimalne poziomy zdolności. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 24 stycznia 2018 r. (KIO 82/2018) podkreśliła, że przepisy ustawy nie wymagają, aby wykonawca legitymował się dokładnie takimi samymi zrealizowanymi zamówieniami, jak przedmiot zamówienia, o które się ubiega. Na zbliżonym stanowisku stanął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej m.in. w wyroku z dnia 22 listopada 2005 r., w sprawie C-144/05 Werner Mangold, w którym orzekł, że: „Poszanowanie zasady proporcjonalności wymaga mianowicie, by każde ograniczenie prawa podmiotowego w możliwie najwyższym stopniu godziło wymogi równego traktowania z realizowanym celem”. Określenie warunków podmiotowych musi polegać na wyznaczeniu „minimalnych poziomów zdolności”, a więc nawiązywać do posiadania doświadczenia w realizacji zamówień o charakterze zbliżonym do przedmiotu udzielanego zamówienia. Należy wobec tego przyjąć, iż doświadczenie, które musi posiadać wykonawca w celu uzyskania zamówienia, nie musi w 100 proc. pokrywać się z przedmiotem postępowania. Wykazywane doświadczenie musi jedynie potwierdzać zdolność wykonawcy do realizacji umowy, w tym jej istotnych elementów. Zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie podkreśla się że przez proporcjonalność warunku udziału w postępowaniu w stosunku do przedmiotu zamówienia należy rozumieć zachowanie właściwej proporcji i brak nadmierności, co wyraźnie podkreśliła KIO w wyroku z 12 maja 2017 r. (KIO 843/17) a także w wyroku z dnia 12 stycznia 2018 r. (KIO 2737/17). Ponadto Zamawiający w sposób nieuprawniony ogranicza zakres dokumentów, jakie Wykonawca ma przedłożyć w celu potwierdzenia należytego wykonania dostaw do referencji. Zgodnie z poglądami doktryny oraz orzecznictwa KIO dokumentami równorzędnymi do referencji są także np. protokoły odbioru, faktury oraz inne dokumenty pod warunkiem, że z ich treści wynika, iż określone dostawy/usługi zostały wykonane prawidłowo i należyte. W kontekście przytoczonego orzecznictwa i poglądów

doktryny należy uznać, iż postawiony przez zamawiającego warunek wykazania się zamówieniem tożsamym z przedmiotem zamówienia jest bezzasadny i sprzeczny z prawem.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z siwz

Pytanie 9

W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, proszę o zmniejszenie ilości dokumentów, jakie Zamawiający wymaga na potwierdzenie należytego wykonania dostaw z 3 do 2. Obecny wymóg przedłożenie aż 3 dokumentów w sposób nieuzasadniony ogranicza konkurencję oraz zasadę proporcjonalności. Zgodnie z orzecznictwem KIO w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wystarczającym jest przedłożenie 2 dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostawy.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z siwz

Pytanie 10

Proszę o potwierdzenie, że w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wobec podwykonawców wystarczającym będzie przedłożenie podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ), wypełnionego przez Wykonawcę w odniesieniu do podwykonawców.

W odpowiedzi na pytanie: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 11

Proszę o wyjaśnienie, czy załącznik nr 8 i 9 Wykonawca ma przedłożyć wraz z ofertą.

W odpowiedzi na pytanie: Nie, nie musi.

Pytanie 12

Proszę o wykreślenie z Formularza Ofertowego zapisu: „Podwykonawcy wymienieni są w stosownym załączniku do SIWZ”. W żadnym załączniku do SIWZ, z wyjątkiem Formularza Ofertowego, Zamawiający nie wymaga podania wykazu podwykonawców.

W odpowiedzi na pytanie: Załącznik nr 1 do SIWZ jest wzorem uniwersalnym do różnych rodzajów zamówień realizowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość skreślenia zapisu: „Podwykonawcy wymienieni są w stosownym załączniku do SIWZ” lub wpisania sformułowania :nie dotyczy”

Pytanie 13

Proszę o zmianę rozdziału VI pkt 20 poprzez wykreślenie z niego lit. d., gdyż w załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający nie wskazał żadnych dokumentów, do których przedłożenie jest obowiązany Wykonawca. Ponadto w punkcie tym Zamawiający wskazał, że chodzi m.in. o dokumenty dot. ambulansu, a przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wieży endoskopowej.

W odpowiedzi na pytanie: Tak, Zamawiający modyfikuje siwz wykreślając w rozdziale VI w pkt 20 literę d.

Pytanie 14

W związku z zapisem rozdziału XIV pkt 5 SIWZ oraz zapisem Formularza Ofertowego, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym.

W odpowiedzi na pytanie: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 15

Proszę o zmianę rozdziału XIII pkt 3 SIWZ poprzez zastąpienie zapisu:

„do 14 dni od dnia podpisania umowy – 20 pkt
do 21 dni od dnia podpisania umowy – 10 pkt
do 28 dni od dnia podpisania umowy – 5 pkt
> 28 dni od dnia podpisania umowy – 0 pkt”

zapisem:

„od 1 do 14 dni od dnia podpisania umowy – 20 pkt
od 15 do 21 dni od dnia podpisania umowy – 10 pkt
od 22 do 27 dni od dnia podpisania umowy – 5 pkt
28 dni od dnia podpisania umowy – 0 pkt”

Aktualna treść rozdziału XIII pkt 3 SIWZ pozostaje w sprzeczności z rozdziałem IV SIWZ, w którym wskazano, że maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 28 dni od dnia podpisania umowy, tymczasem w ww. pkt 3 rozdziału XIII Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania terminu wykonania zamówienia dłuższego niż 28 dni.

W odpowiedzi na pytanie: Nie, Zgodnie z siwz.

Aktualna treść rozdziału XIII pkt 3 nie pozostaje w sprzeczności z rozdziałem IV siwz.

SIWZ należy traktować spójnie – jako całość, a nie wyrywkowo. Patrz rozdział IV siwz.

Zaoferowanie terminu dłuższego skutkować będzie zastosowaniem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.

Pytanie 16

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o zmianę zapisu § 2 ust. 4 wzoru umowy na następujący: „Za dzień zapłaty Strony wskazują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z siwz.

Pytanie 17

Proszę o potwierdzenie, że terminowe i należyte wykonanie zamówienia zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.

W odpowiedzi na pytanie: Tak, Zamawiający potwierdza

Pytanie 18

Prosimy o zastosowanie prawidłowego odwołania w treści §3 ust. 2 wzoru umowy. Zamawiający odwołuje się w treści tego postanowienia do §3 ust. 1 lit. b umowy. §3 ust. 1 nie zawiera liter.

W odpowiedzi na pytanie: Tak, Zamawiający modyfikuje treść umowy wykreślając z § 3 pkt 2 przytoczoną literę b).

Pytanie 19

Proszę o dostosowanie treści par. 4 ust. 5 wzoru umowy do treści art. 581 par. 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego skutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

W odpowiedzi na pytanie: Tak, Zamawiający wykreśla treść § 4 pkt 5 w całości i wpisuje nową treść: „termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego skutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać”

Pytanie 20

Proszę o zmianę par. 4 ust. 4 lit. a projektu umowy poprzez doprecyzowanie czasu reakcji serwisu gwarancyjnego oraz usunięcia uszkodzenia poprzez wskazanie, że terminy liczone są od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie pisemnej lub e-mail, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym. Prosimy także o dodanie do załącznika nr 8 do SIWZ odpowiedniego postanowienia w tym zakresie.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz.

Pytanie 21

Mając na względzie zasady współzycia społecznego oraz obowiązek zachowania zasady równowagi stron prosimy o zmniejszenie wysokości następujących kar umownych:

- określonej w par. 6 ust. 2 lit. a. tiret pierwszy i drugi z 0,1% na 0,05%,
- określonej w par. 6 ust. 2 lit. a. tiret trzeci z 10% na 5%.

W odpowiedzi na pytanie: Nie, zgodne z siwz.

Pytanie 22

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o poszerzenie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający określonego w par. 7 wzoru umowy poprzez dodanie następujących przesłanek zmiany umowy:

- a) zmiany sposobu/terminów płatności;
- b) zmiany numeru konta bankowego;
- c) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- d) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- f) nastąpienia zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);”

W odpowiedzi na pytanie: Nie, zgodnie z siwz

Pytanie 23

Proszę o wykreślenie z par. 7 ust. 1.2. wzoru umowy zapisu: „spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia” oraz „Zamiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Inspektora nadzoru”, gdyż Zamawiający w SIWZ nie wskazał żadnych wymogów, jakie powinny spełnić osoby uczestniczące w realizacji zamówienia.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający modyfikuje treść siwz j/w.

Pytanie 24

Proszę o wyjaśnienie, czy przez określenie „Podwykonawca” wskazane w dokumencie „Zasady BHP dla podwykonawców” oraz w dokumencie „Zasady środowiskowe dla podwykonawców” Zamawiający rozumie Wykonawcę czy Podwykonawcę, któremu Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia. Jeśli Zamawiającemu chodzi o podwykonawcę, któremu Wykonawca zlecił wykonanie części zamówienia, proszę o zmianę pkt 8 Formularza Oferty w taki sposób, aby to podwykonawca był obowiązany podpisać ww. dokumenty w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej. Poniżej proponowany przez nas zapis pkt 8 Formularza Oferty: „Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z załącznikami do SIWZ, w tym z zasadami BHP i środowiskowymi dla podwykonawców. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zasady BHP i zasady środowiskowe zostaną podpisane przez podwykonawców.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z przyjętą Księgą Systemu Zarządzania Jakością w SPZOZ Międzychód – Wykonawca zamówienia publicznego jest Podwykonawcą SPZOZ Międzychód/Zamawiającego.

Pytanie 25

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie pod pojęciem „pełnej gwarancji”, o której mowa w pkt. 1 załącznika nr 8 do SIWZ. Czy Zamawiający oczekuje, że gwarancja obejmuje pełny zakres kodeksowej odpowiedzialności, tj. obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej?

W odpowiedzi na pytanie: Tak.

Pytanie 26

Proszę o wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 3 załącznika nr 8 do SIWZ do 72 godzin.

W odpowiedzi na pytanie: Tak, Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 8 do siwz – wydłużając czas reakcji serwisu na zgłoszenie do 72 godzin. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zmiany w załączniku powołując się na udzieloną odpowiedź na pytanie.

Pytanie 27

Proszę o uzupełnienie treści pkt. 4 załącznika nr 8 do SIWZ i wskazanie od jakiego zdarzenia będzie liczony czas na naprawę.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz.

Pytanie 28

Proszę o wydłużenie terminu naprawy określonego w pkt 4 załącznika nr 8 do SIWZ z 7 na 10 dni roboczych.

W odpowiedzi na pytanie: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie 29

Proszę o wskazanie po upływie jakiego terminu Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia sprzętu zastępczego. Pozostawienie zapisów w obecnym kształcie będzie powodowało, że Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia sprzętu zastępczego już w chwili przystępowania do naprawy, nawet w sytuacji gdy następnie może się okazać, że usterka jest łatwa i szybka do usunięcia (np. w ciągu kilku godzin) i nie było faktycznej potrzeby dostarczenia sprzętu zastępczego. Taka sytuacja będzie powodowała znaczny wzrost kosztów gwarancji. Proponujemy dodanie zapisu, że Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu zastępczego w razie naprawy trwającej ponad 5 dni.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz pkt 4.

Pytanie 30

Proszę o potwierdzenie, że minimum 3 naprawy tego samego podzespołu będą skutkować koniecznością jego wymiany na nowy.

W odpowiedzi na pytanie: Patrz załącznik nr 8 do siwz pkt 6.

Pytanie 31

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie okresu zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego do 5 lat. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer

nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.

W odpowiedzi na pytanie: Nie, zgodnie z siwz.

Pytanie 32

Z uwagi na liczne wątpliwości, związane z treścią SIWZ wyartykułowane w treści przekazanych przez nas pytań, a co za tym idzie koniecznością uwzględnienia przy przygotowywaniu oferty przetargowej odpowiedzi Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.11.2019 r. godz. 10:00.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający modyfikuje treść siwz i ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 20.11.2019r.

Godzina i miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2019r.

Godzina i miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pytanie 33

Prosimy o wskazanie ilu pracowników zatrudnia Zamawiający, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału:

- a) mniej niż 10 pracowników
- b) od 10 do 50
- c) od 50 do 250
- d) powyżej 250

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi – nie widząc związku z przedmiotowym postępowaniem przetargowym.

Pytanie 34

Prosimy o wskazanie przychodów rocznych Zamawiającego, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału:

- a) mniej niż 8,5 mln
- b) od 8,5 mln do 42,5 mln
- c) od 42,5 mln do 212,5 mln
- d) powyżej 212,5 mln.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi – nie widząc związku z przedmiotowym postępowaniem przetargowym.

Pytanie 35

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie jako załącznik do odpowiedzi bądź na stronie internetowej Zamawiającego Sprawozdania finansowego [bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa] za 2 ostatnie pełne okresy obrotowe.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi – nie widząc związku z przedmiotowym postępowaniem przetargowym.

Pytanie 36

Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

W odpowiedzi na pytanie: Nie. Wzór umowy nie jest dokumentem wymaganym na etapie składania ofert. Zamawiający uwzględni wszelkie modyfikacje treści wzoru umowy – przygotowując umowę Oferentowi/Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne.

Pytanie 37

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

- „1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.
2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: <http://>*
3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.

W odpowiedzi na pytanie: Nie, zgodnie z siwz

Pytanie 38

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie [www](#) pod następującym linkiem (**).
2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

W odpowiedzi na pytanie: Nie, zgodnie z siwz

Pytanie 39

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

W odpowiedzi na pytanie: Nie, zgodnie z siwz

Pytanie 40

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.
2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:
 - 1) ustnie:
 - a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
 - 2) w formie pisemnej:
 - a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
 - 3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxxx.
3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.
5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:
 - 1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
 - 2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
 - 3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.
8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.
9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:
 - 1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku

Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: <https://rf.gov.pl/>.

2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

W odpowiedzi na pytanie: Nie, zgodnie z siwz

Pytanie 41

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu:

- a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przez naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- d) jak również – w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę).

Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywanie danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest xxxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxxxx.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx.

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel.”

W odpowiedzi na pytanie: Nie, zgodnie z siwz

Pytanie 42

Załącznik nr 8 do siwz

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

punkt 3

Czy zamawiający dopuści maksymalny czas reakcji na zgłoszenie 72 h?

W odpowiedzi na pytanie: Patrz odpowiedź na pytanie nr 26

Pytanie 43

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA KSENON - 1 sztuka

Pkt 2 – Czy Zamawiający dopuści źródło światła LED o żywotności min. 10.000 godzin?

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

Pytanie 44

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby w ramach bezpieczeństwa energetycznego Dostawca w pełni je zapewnił. Najnowsze modele źródła światła mają żywotność min. 10.000 godz. Oznacza to, że Zamawiający nie musi dokonywać kosztownych zakupów żadnych lamp czy też żarników.

W związku z tym, iż Zamawiający życzy sobie nowe technologie (pozycja videoprocessor HDTV) zasadnym jest by Dostawca w pełni mógł zabezpieczyć potrzeby energetyczne pracowni endoskopowej – poprzez dostarczenie takiego urządzenia w ramach równości konkurencji. Oznacza to dostarczenie przez Dostawcę min. 20 lat o żywotności 500 godzin pracy lub urządzenia pracującego min. 10.000 godzin.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

Pytanie 45

Pkt 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny inny rodzaj światła tj oświetlenie typu LED?

Gwarantuje to bezpieczną pracę przez min. 10.000 godzin i nie ma potrzeby stosowania tzw „lampy zapasowej”.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

Pytanie 46

Pkt 6 – Czy zamawiający odstąpi od tego punktu, ponieważ oświetlenie typu LED daje gwarancje użytkowania 10 000 godzin ?

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

Pytanie 47

Pkt 9 - Czy Zamawiający dopuści min. 3 stopnie natężenia światła?

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

Pytanie 48

Pkt 11 – Czy Zamawiający dopuści automatyczna i ręczną regulację jasności światła?

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

Pytanie 49

WÓZEK ENDOSKOPOWY TRANSPORTOWY - 1 sztuka

Pkt 1 – Czy zamawiający dopuści wózek z blokadą na dwa koła jezdne, gdyż jest to wystarczająca ilość, aby bezpiecznie unieruchomić wózek ?

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga blokady 4 kółek.

Pytanie 50

VIDEOPROCESSOR OBRAZU FULL HD - 1 sztuka

Dot. Pkt. 1.

Czy Zamawiający dopuści do oceny processor z wyjściem sygnału Full HD 1920x1080?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Wyjście sygnału 1920x1080 jest parametrem gorszym.

Pytanie 51

Dot. Pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor z wyjściami: DVI, S-Video, RGB?

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

Pytanie 52

Pkt. 5

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 5 i dopuści podłączenie endoskopu bezpośrednio do procesora?

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

Pytanie 53

Pkt 8 - Czy Zamawiający zechce zrezygnować z tych zapisów?

Podane parametry są typowe i charakterystyczne tylko dla jednego producenta.

Nowe technologie zapewniają komfort pracy operatorowi i nie wymagają ani nastawień balansu bieli ani ręcznej regulacji barw. Nie jest też potrzebna możliwość podłączenia przycisku nożnego do sterowania funkcjami procesora.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty bez możliwości podłączenia włącznika nożnego, modyfikując załącznik nr 7 do SIWZ w części dotyczącej VIDEOPROCESOR OBRAZU FULL HD – 1 SZT, w punkcie 8 w następujący sposób

Lp.	Parametry Wymagane	Warunek	Opisać
...			
8.	Możliwość podłączenia włącznika nożnego	TAK/NIE	

Pytanie 54

Pkt 9 – Czy Zamawiający zechce zrezygnować z tych zapisów? Podane parametry wskazują tylko na jednego producenta, informacje te nie mają wpływu na przebieg samego zabiegu jak i również sposobie archiwizacji np. długość aparatu.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

Pytanie 55

Pkt 11 i 12

Czy Zamawiający zechce zrezygnować z tych zapisów? Zapisy te są charakterystyczne dla firmy Endomed (Sonoscape)?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7 do SIWZ w części dotyczącej VIDEOPROCESOR OBRAZU FULL HD – 1 SZT, w punkcie 11 i 12 w następujący sposób

11.	Wyświetlanie obrazu w pseudokolorach	TAK/NIE	
12.	Zapis filmów 60 klatek na sekundę	TAK/NIE	

Pytanie 56

Pkt 13 – Czy Zamawiający zechce zrezygnować z tych zapisów ? podany parametr wskazuje znowu tylko na jednego producenta, co uniemożliwia udziału innym producentom.

Czy zamawiający dopuści dysk o pojemności 4 GB, co jest wystarczającą ilością do zapisu, a archiwizacja odbywa się i tak za pomocą programu do archiwizacji .

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.. Zamawiający nie posiada zewnętrznego oprogramowania do archiwizacji.

Pytanie 57

Pkt 14 - Czy Zamawiający dopuści min. 2 wyjścia USB : jedno do archiwizacji ,drugie do regulacji ustawień procesora? Jest to inne rozwiązanie technologiczne.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

Pytanie 58

Pkt 16 - Czy Zamawiający określając parametry procesora obrazu będzie jeszcze wymagał by dostarczone urządzenie wyposażone było w wyjście komunikacyjne LAN i DICOM ?

Daje to lepsze możliwości połączeń z systemem operacyjnym PACS Szpitala.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

Pytanie 59

Pkt. 19

Czy zamawiający zrezygnuje z tego zapisu a dopuści zapisywanie zdjęć bezpośrednio na dysk twardy?

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

Pytanie 60

Pkt 20 – Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu ? podane parametry wskazują tylko na jednego producenta, ponieważ i tak wszystkie podane dane są drukowane z programu do archiwizacji, obecnie nikt nie wykorzystuje procesora do wystawiania danych lecz tylko do wykonania zabiegu.

Czy Zamawiający dopuści zapis zdjęć, badań zarówno na Oddziale Intensywnej Terapii jak również w pracowni endoskopowej oraz w każdym miejscu użytkowania zestawu; zawiera: dane pacjenta nr badania, datę badania, rodzaj endoskopu, imię i nazwisko lekarza, dane pracowni?

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

Pytanie 61

Pkt. 24

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu? Jest to zapis charakterystyczny dla jednego oferenta.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

Pytanie 62

Pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści zapis automatyczny niezależny zapis wykonywanych zdjęć?

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

Pytanie 63

Pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści zapis: tryb zmiany indywidualnych ustawień użytkowników z klawiatury?

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

Pytanie 64

Pkt. 27

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu? Chcemy zaoferować endoskop nie wymagający przewodów koncentrycznych.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie zrezygnuje z tego zapisu z załącznikiem nr 7 do SIWZ, ale dopuści inne rozwiązanie.

Pytanie 65

Pkt. 31

Czy Zamawiający dopuści zapis: cyfrowy filtr zwiększający obszar dla wyostrenia nieprawidłowych naczyń?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 66

Pkt. 32

Czy Zamawiający dopuści tryb zmiany ustawień kolorów z klawiatury?

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

Pytanie 67

Pkt. 33

Czy Zamawiający dopuści 3 krotny zoom ustawiany na klawiaturze?

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

Pytanie 68

VIDEOGASTROSKOP - 2 sztuki

Pkt 6 – Podany parametr wskazuje tylko na jednego producenta. Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu i dopuści aparat o długości roboczej 1100 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie zrezygnuje z tego zapisu z załącznikiem nr 7 do SIWZ, ale dopuści długość 1100 mm.

Pytanie 69

Pkt 7

Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 1400 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie zrezygnuje z tego zapisu z załącznikiem nr 7 do SIWZ, ale dopuści długość 1400 mm.

Pytanie 70

Pkt 11- Czy zamawiający dopuści aparat: nowoczesne rozwiązanie technologiczne, bezpieczny w użytkowaniu, gdzie nie ma potrzeby stosowania Systemu z podłączeniem do processora za pomocą przewodu koncentrycznego z zerowym polem elektromagnetycznym?

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

Pytanie 71

Pkt 14 – Czy zamawiający dopuści aparat, który nie posiada styków elektrycznych i nie potrzeba stosowania jest specjalnych nakładek zabezpieczających, gdyż nowoczesne rozwiązania pozwalają na przesył obrazu indukcyjnie, co powoduje że aparat jest w pełni zanurzalny bez ryzyka zalanego .

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

Pytanie 72

VIDEOKOLONOSKOP - 2 sztuki

Pkt 1- Czy zamawiający dopuści aparat w technologii CMOS; regulowana sztywność sondy wzornikowej, głębokości ostrości 2-100 mm, pole obserwacji 170 stopni, średnica wzornika 12,0 mm, średnica końcówki 12,0 mm, średnica kanału biopsyjnego 3,8 mm, kąty zagięcia G/D 180/180 stopni, P/L 160/160 stopni, długość robocza 1520 mm,

dotatkowy kanał do spłukiwania pola (Water Jet); jednostopniowy konektor. Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga kanału roboczego 4,2 mm.

Pytanie 73

Pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści średnicę kanału roboczego 3,8 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga kanału roboczego 4,2 mm.

Pytanie 74

Pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną 12,8 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza jako parametr dodatkowy, ale nie będzie wymagał.

Pytanie 75

Pkt 2 – Czy zamawiający dopuści bardziej nowoczesne rozwiązanie technologiczne jedyne na rynku medycznym, aparat o średnicy 12,0 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza jako parametr dodatkowy, ale nie będzie wymagał.

Pytanie 76

Pkt 4 – Czy zamawiający dopuści aparat o kącie widzenia 170 stopni, co jest bardziej nowoczesnym rozwiązaniem od proponowanych parametrów?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza jako parametr dodatkowy, ale nie będzie wymagał.

Pytanie 77

Pkt 5 – Czy zamawiający dopuści aparat o lepszym parametrze, gdzie głębia ostrości wynosi 2-100?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza jako parametr dodatkowy, ale nie będzie wymagał.

Pytanie 78

Pkt 6 – Czy zamawiający dopuści aparat o długości roboczej 1520 mm, gdyż proponowana długość potwierdzona przez innych operatorów nadaje odpowiedniej traumatyczności aparatu i pozwala wykonywać przez doświadczonych operatorów zabieg bez użycia znieczulenia, co pozwala na wprowadzenie dodatkowych oszczędności podczas zabiegu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Pytanie 79

Pkt 7 - Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 1840 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Pytanie 80

Pkt 11 – Czy zamawiający dopuści aparat: nowoczesne rozwiązanie technologiczne, bezpieczny w użytkowaniu, gdzie nie ma potrzeby stosowania Systemu z podłączeniem do procesora za pomocą przewodu koncentrycznego z zerowym polem elektromagnetycznym.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Pytanie 81

Pkt 14 - Czy zamawiający dopuści aparat, który nie posiada styków elektrycznych i nie potrzeba stosowania jest specjalnych nakładek zabezpieczających, gdyż nowoczesne rozwiązania pozwalają na przesył obrazu indukcyjnie, co powoduje że aparat jest w pełni zanurzalny bez ryzyka zalanego.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Pytanie 82

MONITOR MEDYCZNY LCD - 1 sztuka

Pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści wyjście sygnału wideo Full HD (szeregowe złącze wideo umożliwiające podłączenie drugiego monitora) SDI?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Pytanie 83

Pkt. 7 i pkt. 9

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 7 i 9 ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie rezygnuje z zapisu pkt. 7 i 9.

Pytanie 84

Pkt 8 – Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu, ponieważ wskazuje to tylko na jednego producenta i powoduje to brak konkurencyjności, wymagany parameter jest niepotrzebnie zawyżony i powoduje zwiększenie kosztów zakupowych?

W odpowiedzi na pytanie: NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 85

Czy zamawiający dopuści monitor o kontraście 1000:1 ?

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Kontrast 1000:1 jest gorszym parametrem.

Pytanie 86

VIDEOKOLONOSKOP - 1 sztuka

Pkt 2 – Czy zamawiający dopuści bardziej nowoczesne rozwiązanie technologiczne jedyne na rynku medycznym , aparat o średnicy 12,0 mm ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza jako parametr dodatkowy, ale nie będzie wymagał.

Pytanie 87

Pkt 4 - Czy zamawiający dopuści aparat o kącie widzenia 170 stopni, co jest bardziej nowoczesnym rozwiązaniem od proponowanych parametrów ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza jako parametr dodatkowy, ale nie będzie wymagał.

Pytanie 88

Pkt 5 – Czy zamawiający dopuści aparat o lepszym parametrze, gdzie głębia ostrości wynosi 2-100 ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza jako parametr dodatkowy, ale nie będzie wymagał.

Pytanie 89

Pkt 6 – Czy zamawiający dopuści aparat o długości roboczej 1520 mm, gdyż proponowana długość potwierdzona przez innych operatorów nadaje odpowiedniej traumatyczności aparatu i pozwala wykonywać przez doświadczonych operatorów zabiegu bez użycia znieczulenia, co pozwala na wprowadzenie dodatkowych oszczędności podczas zabiegu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Pytanie 90

Pkt 7 - Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 1840 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Pytanie 91

Pkt 11 - – Czy zamawiający dopuści aparat: nowoczesne rozwiązanie technologiczne, bezpieczny w użytkowaniu, gdzie nie ma potrzeby stosowania Systemu z podłączeniem do processora za pomocą przewodu koncentrycznego z zerowym polem elektromagnetycznym (parameter przestarzały i technologia)

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Pytanie 92

Pkt 14 - Czy zamawiający dopuści aparat , który nie posiada styków elektrycznych i nie potrzeba stosowania jest specjalnych nakładek zabezpieczających, gdyż nowoczesne rozwiązania pozwalają na przesył obrazu indukcyjnie, co powoduje że aparat jest w pełni zanurzalny bez ryzyka zalania go.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Pytanie 93

AUTOMATYCZNA MYJNIA/DEZYNFEKATOR - 1 sztuka

Pkt 1 – od pkt do pkt 28 - Myjnia endoskopowa-chemiczno - termiczna na 2 endoskopy, płyn dezynfekcyjny pracuje w obiegu zamkniętym, zasilanie myjni wodą z instalacji o ciśnieniu 3-4 Barów. Myjnia posiada: system dezynfekcji wody technologicznej za pomocą dwóch lamp UV; termiczny system dezynfekcji; system samo dezynfekcji; system płukania alkoholem kanałów endoskopu. Kontrola szczelności endoskopu poprzez podawanie powietrza do wnętrza aparatu za pomocą przyłącza odrębnego dla poszczególnych producentów endoskopów. Myjnia z drukarką i systemem filtrującym do uzdatniania wody. Wyposażona w automatyczny test szczelności przez cały proces mycia i dezynfekcji

oraz w system identyfikacji endoskopów RfID. Waga 84 kg. Wymiary 620 mm x 640 mm x 1050 mm (szerokość x głębokość x wysokość) Pobór mocy 800 Wat, z uruchomioną grzałką, bez grzałki 200 Wat.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga środków dezynfekujących, które nie wymagają podgrzewania. Zamawiający wymaga systemu dezynfekcji wody za pomocą lampy UV o zwiększonej wydajności. Waga i wymiary myjni zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Pytanie 94

Pkt 2 – Czy Zamawiający odstąpi od tego parametru, ponieważ to tylko wskazuje na jednego producenta, uniemożliwia to w braku konkurencyjności i udziału pozostałych producentów i dostawców, czy zamawiający dopuści kompresor zewnętrzny i pistolet do osuszania kanałów i zewnętrznych powierzchni endoskopu ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga wbudowanego kompresora, również ze względu na parametr wskazany w punkcie 23, zwiększającym wydajność środka dezynfekującego

Pytanie 95

Pkt 5 – Czy zamawiający dopuści czas regulowany mycia od 10 sekund do 5 minut ? Daje to lepsze parametry od oczekiwanych.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza, ale nie będzie wymagał.

Pytanie 96

Pkt 6 – Czy zamawiający dopuści czas dezynfekcji regulowany od 1 minuty do 9 godzin ? Daje to lepsze parametry od oczekiwanych.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Pytanie 97

Pkt 14 – Czy zamawiający dopuści następujące pojemności zbiorników , zbiornik wodny 17 litrów, zbiornik płynu dezynfekującego 17 litrów, zbiornik na detergent 1,5 litra, zbiornik na alkohol 1,5 litra?

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga zasilania z sieci wodnej bez konieczności dodatkowego zbiornika wody.

Pytanie 98

Czy Zamawiający będzie wymagał aby test szczelności odbywał się przez cały proces mycia i dezynfekcji?

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Pytanie 99

Pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści zapis: System druku (cały proces): Data i godzina rozpoczęcia procesu; Proces Mycia, Płukania, Dezynfekcji; Godzina zakończenia procesu?


W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza, ale nie będzie wymagał.

Pytanie 100

Czy termin składania ofert będzie zmieniony ze względu na pytania czy pozostaje bez zmian czyli 18.11.2019r. godzina 12:00?

W odpowiedzi na pytanie: Patrz pytanie odp. nr 32.

Zmiany uwzględniono w zmianie ogłoszenia o zamówieniu – w załączeniu.

DYREKTOR
SPZOZ Miedzychód

mgr Bartosz Grobelny